

Følgeseddel

Nedenstående formular bedes benyttet i forbindelse med indsendelse af trykmåleudstyr til kalibrering.

Firmanavn	Deres reference
Firmaadresse	Returneringsadresse
Telefonnummer	E-mail
Ordrenummer	CVR nummer

Serienummer	Internt nummer
Fabrikat	Type (Differenstryk, absolut tryk el. gauge tryk)
Måleområde/Brugsområde	Opløsning
Kalibreringspunkter	
Tolerancer	Seneste certifikatnummer
Olietype (Dødvægtstestere)	Lodmateriale (Dødvægtstestere)

- Udstyret skal kalibreres som sidst.
- Udstyret skal kalibreres som i certifikatnummer: _____.
- Udstyret skal kalibreres iht. EURAMET calibration guide 17.
- Udstyret skal kalibreres iht. ISO 3567 (Gælder kun vakuummåler under 10 kPa).
- Udstyret skal klassificeres iht. DIN 837 (Gælder kun bourdonrørsmanometre som er produceret i overensstemmelse med DIN 837).
- Måleren skal justeres hvis fejlen er større end tilladt.
- Lodderne til dødvægtstestere er rengjort.
- Måleren må ikke kalibreres med olie.
- Måleren er ikke forurenset med toksisk, ætsende, eksplosive, radioaktive, mikrobiologiske eller andre skadelige stoffer.

Bemærkning
